

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis
SECRETARIA DA SAÚDE
Pregão Eletrônico - 038/2021

Resultado da Homologação

Item:	0002
Descrição:	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 LITROS; Descrição: - Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; - Não necessita de tubulação para drenagem de água; - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; - Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras; - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; - Tensão: 220V; - Frequência: 50/60 Hz; - Garantia: 01 ano.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.445,00
Valor Final:	4.500,00
Valor Total:	22.500,00
Situação:	Homologado em 27/10/2021 10:51:01 Por: Paulo Renato Cortelini
Nome da Empresa:	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Modelo:	4.0

Paulo Renato Cortelini

Autoridade Competente

