



53/P

PARECER JURÍDICO

De: Assessoria Jurídica

Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Assunto: Parecer sobre aquisição de aparelho de analisador de otoemissões - PE nº004/2022

Data: 11.03.2022

O presente Pregão Eletrônico nº004/2022, realizado com a finalidade para aquisição de aparelho analisador de otoemissões, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, processou-se regularmente, isto é, com a estrita observância dos requisitos constantes da Lei 8.666/93 e Lei nº10.520 de 17/07/2002.


Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes do Pregão Eletrônico serão provenientes da rubrica (612) 44905200 Equipamento e Material Permanente, recurso 0040 ASPs.

Feito o orçamento total, publicou-se o Edital do Pregão Eletrônico no Mural da Prefeitura, em jornal de grande circulação, no site da Prefeitura Municipal e no Portal de Compras Públicas.

Que, teve início a sessão e no dia 09.03.2022 e finalizada no dia de hoje, pela Pregoeira e a Equipe de Apoio. Estando aberta a sessão de pública passou-se, após a análise das propostas apresentadas pelas empresas, foi aberta a sessão de lances. Após os resultados foi dada sequência na licitação com abertura de negociação na busca por melhor oferta. Foi verificada a autenticidade, de todos os documentos de habilitação da empresa vencedora **CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ nº02.512.121/0001-48**. A tramitação transcorreu regular, sendo aberto prazo para interposição de recurso fato que não ocorreu. Valor total do PE foi de **R\$ 24.200,00 (vinte quatro mil e duzentos reais)**.

Tendo sido regular o procedimento licitatório, opinamos que seja HOMOLOGADO o presente Pregão Eletrônico nº004/2022 em epígrafe, uma vez que resultou satisfatória para o Município, a tudo conforme a as legislações pertinentes.

Esse é o meu Parecer s.m.j.


José Luiz Uberti Gonçalves
Assessor Jurídica
OAB/RS. 15.008



54/P

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis
SECRETARIA DA SAÚDE
Pregão Eletrônico - 004/2022

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	ANALISADOR DE OTOEMISSIONES Emissões Otoacústica Portátil O Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico, PD e TE. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, rejeição sinal-ruído. Possuir memória para no mínimo 200 testes e impressão dos dados. Descrição: - Display LCD e/ou Cristal Líquido; - Menu em português; - Faixa de Intensidade TE: 83dB; - Faixa de Intensidade PD: 40dB a 70dB; - Capacidade mínima de armazenamento de 200 exames, com impressão de resultados; Itens Inclusos: - 01 Analisador de Otoemissões; - Conjunto de olivas de vários tamanhos; - 01 impressora b/wolt, acompanhada de com pacote de no mínimo 5 bobinas; - 01 Maleta de transporte; - Bateria recarregável; - Cabos para comunicação em computadores; - Software; - Manual de operação; - Garantia: 01 ano.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	33.377,25
Valor Final:	24.200,00
Valor Total:	24.200,00
Situação:	Homologado em 11/03/2022 11:39:47 Por: Paulo Renato Cortelini
Nome da Empresa:	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP
Modelo:	OTOREAD



Paulo Renato Cortelini
Autoridade Competente

